PILE DYNAMICS, INC.

12/31/85 CAL GAGE NO. 518 C



INIT _____

12/31/85 CAL
GAGE NO. 518C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.791	0.727
3	154.902	1.389
4	229.362	2.042
5	298.321	2.653
6	387.508	3.391
7	453.652	3.974
8	530.516	4.622
9	603.913	5.236
10	678.409	5.845
11	754.546	6.464

GAGE CALIBRATION FACTOR= 116.806 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -6.6536 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED