PILE DYNAMICS, INC.

1/6/85 CAL GAGE NO. 519 C



INIT _____

1/6/85 CAL
GAGE NO. 519C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.330	0.790
3	155.703	1.535
4	231.038	2.269
5	305.925	3.002
6	380.851	3.736
7	452.868	4.443
8	529.582	5.191
9	605.439	5.933
10	681.222	6.678
11	756.855	7.413

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.286 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.6290 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED