PILE DYNAMICS, INC.

1/6/85 CAL GAGE NO. 520 C



INIT _____

PILE DYNAMICS, INC.

1/6/85 CAL GAGE NO. 520 C



INIT

1/6/85 CAL
GAGE NO. 520C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.759	0.788
3	155.050	1.528
4	230.590	2.259
5	305.459	2.983
6	381.838	3.700
7	454.191	4.387
8	529.750	5.118
9	605.402	5.837
10	681.091	6.564
11	757.042	7.274

GAGE CALIBRATION FACTOR= 104.201 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.8544 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED