PILE DYNAMICS, INC.

1/6/85 CAL GAGE NO. 521 C




INIT _____

PILE DYNAMICS, INC.

1/6/85 CAL GAGE NO. 521 C




INIT _____

:/6/85 CAL
GAGE NO. 521C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 80.362 | 0.698 |
| 3 | 156.513 | 1.374 |
| 4 | 231.769 | 2.020 |
| 5 | 305.347 | 2.641 |
| 6 | 381.460 | 3.276 |
| 7 | 456.493 | 3.891 |
| 8 | 529.810 | 4.499 |
| 9 | 605.141 | 5.115 |
| 10 | 679.092 | 5.721 |
| 11 | 754.422 | 6.325 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 119.430 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -6.0052 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED