PILE DYNAMICS, INC.

1/6/85 CAL GAGE NO. 522 C



INIT _____

1/6/85 CAL
GAGE NO. 522C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.586	0.779
3	156.233	1.542
4	231.396	2.306
5	305.347	3.045
6	381.423	3.800
7	457.555	4.536
8	530.332	5.256
9	605.271	5.983
10	678.626	6.693
11	754.050	7.402

GAGE CALIBRATION FACTOR= 101.764 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -1.3998 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED