PILE DYNAMICS, INC.

1/6/85 CAL GAGE NO. 523 C



INIT _____

1/6/85 CAL
GAGE NO. 523C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.147	0.765
3	159.159	1.514
4	235.568	2.234
5	308.320	2.920
6	383.497	3.617
7	453.898	4.269
8	535.232	5.016
9	607.014	5.678
10	683.497	6.379
11	756.510	7.039

GAGE CALIBRATION FACTOR= 107.463 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.9684 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED