PILE DYNAMICS, INC.

GAGE NO. 525C

04-Dec-87



Gage Calibration Factor = 110.2 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 VOLTS
Offset = -5.4

No.	Applied Strain ME	Gage Voltage V
1	.0	.00
2	81.7	.78
3	155.2	1.47
4	235.1	2.21
5	311.2	2.91
6	391.3	3.61
7	465.8	4.29
8	541.2	4.96
9	617.7	5.65
10	694.3	6.33
11	769.6	7.01