PILE DYNAMICS, INC.

1/21/85 CAL GAGE NO. 526 C



INIT _____

1/21/85 CAL
GAGE NO. 526C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	82.081	0.716
3	159.549	1.418
4	232.237	2.066
5	310.932	2.759
6	383.397	3.383
7	467.952	4.088
8	538.240	4.730
9	612.862	5.354
10	686.573	5.985
11	765.659	6.666

GAGE CALIBRATION FACTOR= 114.942 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.8969 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED