PILE DYNAMICS, INC.

1/21/85 CAL GAGE NO. 528 C



INIT _____

1/21/85 CAL
GAGE NO. 528C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	76.705	0.698
3	154.936	1.429
4	228.926	2.117
5	305.520	2.829
6	381.965	3.532
7	454.318	4.204
8	526.076	4.868
9	607.952	5.618
10	680.863	6.282
11	756.341	6.976

GAGE CALIBRATION FACTOR= 108.385 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.2497 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED