PILE DYNAMICS, INC.

1/21/85 CAL GAGE NO. 529 C



INIT _____

1/21/85 CAL
GAGE NO. 529C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.053	0.657
3	157.559	1.328
4	231.939	1.964
5	308.366	2.615
6	384.941	3.248
7	457.573	3.841
8	531.061	4.427
9	609.421	5.094
10	681.663	5.687
11	758.238	6.317

GAGE CALIBRATION FACTOR= 120.257 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -1.5837 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED