PILE DYNAMICS, INC.

7/22/86 CAL GAGE NO. 530 C



INIT _____

7/22/86 CAL
GAGE NO. 530C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.307	0.711
3	155.758	1.426
4	226.249	2.075
5	308.501	2.828
6	388.222	3.561
7	452.014	4.143
8	526.301	4.817
9	607.622	5.559
10	678.337	6.205
11	755.341	6.898

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.452 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.3310 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED