PILE DYNAMICS, INC.

1/21/85 CAL GAGE NO. 531 C



INIT _____

1/21/85 CAL
GAGE NO. 531C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.900	0.654
3	152.946	1.284
4	233.167	1.948
5	312.941	2.593
6	387.377	3.191
7	463.357	3.801
8	539.616	4.401
9	612.156	4.950
10	689.121	5.559
11	766.515	6.173

GAGE CALIBRATION FACTOR= 124.506 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.8444 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED