PILE DYNAMICS, INC.

1/29/86 CAL GAGE NO. 532 C



INIT _____

1/29/86 CAL
GAGE NO. 532C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	76.263	0.725
3	155.154	1.453
4	227.688	2.116
5	310.363	2.799
6	379.710	3.404
7	457.688	4.109
8	533.205	4.745
9	602.924	5.349
10	672.923	5.964
11	753.324	6.649

GAGE CALIBRATION FACTOR= 113.926 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -7.3352 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED