PILE DYNAMICS, INC.

1/29/86 CAL GAGE NO. 533 C



INIT _____

1/29/86 CAL
GAGE NO. 533C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.830	0.750
3	155.359	1.456
4	229.254	2.126
5	298.377	2.731
6	381.630	3.475
7	454.668	4.122
8	530.427	4.790
9	605.739	5.442
10	679.299	6.086
11	755.692	6.751

GAGE CALIBRATION FACTOR= 112.258 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.7898 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED