PILE DYNAMICS, INC.

1/29/86 CAL GAGE NO. 535 C



INIT _____

1/29/86 CAL
GAGE NO. 535C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.786	0.767
3	150.475	1.454
4	235.890	2.258
5	320.337	3.032
6	383.271	3.608
7	456.271	4.253
8	534.827	4.956
9	608.312	5.623
10	681.237	6.271
11	759.197	6.966

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.426 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -6.8903 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED