PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 537C

25-Jan-93



PDA Cal Factor = 124.4 ME/V
Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Gage Factor= 431.9 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
63.	.51
151.	1.23
225.	1.82
311.	2.51
388.	3.13
464.	3.74
547.	4.40
630.	5.06
708.	5.69
795.	6.40