PILE DYNAMICS, INC.

7/22/86 CAL GAGE NO. 538 C



INIT _____

7/22/86 CAL
GAGE NO. 538C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.126	0.705
3	156.223	1.410
4	223.476	2.039
5	308.743	2.759
6	392.595	3.461
7	452.107	4.022
8	527.585	4.672
9	606.096	5.387
10	678.783	6.014
11	755.546	6.691

GAGE CALIBRATION FACTOR= 113.154 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.2076 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED