PILE DYNAMICS, INC.

2/7/86 CAL GAGE NO. 539 C



INIT _____

2/7/86 CAL
GAGE NO. 539C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	82.434	0.762
3	156.707	1.478
4	231.614	2.185
5	310.582	2.916
6	381.724	3.576
7	458.233	4.275
8	532.357	4.945
9	605.959	5.610
10	676.617	6.241
11	752.194	6.922

GAGE CALIBRATION FACTOR= 108.624 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.4356 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED