PILE DYNAMICS, INC.

2/7/86 CAL GAGE NO. 540 C



INIT _____

2/7/86 CAL
GAGE NO. 540C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	82.434	0.722
3	156.707	1.401
4	231.614	2.064
5	310.582	2.752
6	381.724	3.382
7	458.233	4.051
8	532.357	4.691
9	605.959	5.322
10	676.617	5.921
11	752.194	6.570

GAGE CALIBRATION FACTOR= 114.649 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.8773 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED