PILE DYNAMICS, INC.

2/7/86 CAL GAGE NO. 541 C



INIT _____

2/7/86 CAL
GAGE NO. 541C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	83.515	0.795
3	159.129	1.523
4	234.446	2.229
5	311.588	2.937
6	397.414	3.705
7	472.059	4.382
8	532.618	4.936
9	611.996	5.646
10	681.499	6.283
11	757.076	6.969

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.066 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.0997 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED