PILE DYNAMICS, INC.

3/3/86 CAL GAGE NO. 542 C



INIT _____

3/3/86 CAL
GAGE NO. 542C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.032	0.741
3	153.877	1.500
4	227.926	2.219
5	313.794	3.037
6	379.007	3.661
7	453.503	4.368
8	526.955	5.056
9	603.092	5.777
10	680.721	6.510
11	753.502	7.189

GAGE CALIBRATION FACTOR= 104.945 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.8592 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED