PILE DYNAMICS, INC.

3/3/86 CAL GAGE NO. 543 C



INIT _____

3/3/86 CAL
GAGE NO. 543C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.927	0.693
3	154.455	1.405
4	227.609	2.084
5	319.089	2.873
6	379.137	3.464
7	453.186	4.136
8	531.001	4.797
9	602.850	5.483
10	680.926	6.193
11	753.521	6.864

GAGE CALIBRATION FACTOR= 110.021 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = 0.6527 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED