PILE DYNAMICS, INC.

3/3/86 CAL GAGE NO. 545 C



INIT _____

3/3/86 CAL
GAGE NO. 545C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.406	0.744
3	157.606	1.489
4	231.617	2.216
5	303.205	2.893
6	382.773	3.586
7	456.411	4.304
8	530.535	4.963
9	603.708	5.639
10	679.155	6.339
11	756.858	7.026

GAGE CALIBRATION FACTOR= 107.594 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.0336 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED