PILE DYNAMICS, INC.

3/11/86 CAL GAGE NO. 546 C



INIT _____

3/11/86 CAL
GAGE NO. 546C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.915	0.662
3	155.048	1.339
4	230.020	1.986
5	302.457	2.605
6	389.874	3.337
7	456.686	3.897
8	526.440	4.489
9	596.680	5.074
10	676.495	5.745
11	752.287	6.394

GAGE CALIBRATION FACTOR= 117.897 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.1840 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED