PILE DYNAMICS, INC.



INIT _____

3/11/86 CAL
GAGE NO. 547C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.058	0.732
3	156.185	1.469
4	230.783	2.184
5	304.265	2.872
6	392.613	3.685
7	459.406	4.312
8	528.154	4.963
9	596.437	5.616
10	676.849	6.372
11	754.057	7.087

GAGE CALIBRATION FACTOR= 106.255 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = 0.3587 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED