PILE DYNAMICS, INC.

3/11/86 CAL GAGE NO. 548 C



INIT _____

3/11/86 CAL
GAGE NO. 548C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.480	0.662
3	155.868	1.345
4	227.784	1.975
5	309.053	2.676
6	381.155	3.302
7	456.797	3.956
8	529.198	4.577
9	600.331	5.186
10	682.308	5.888
11	754.150	6.519

GAGE CALIBRATION FACTOR= 115.607 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = 0.4281 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED