PILE DYNAMICS, INC.



INIT _____

3/11/86 CAL
GAGE NO. 549C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.269	0.648
3	158.159	1.265
4	231.417	1.844
5	302.569	2.386
6	391.402	3.029
7	454.431	3.551
8	500.636	3.957
9	604.281	4.700
10	679.439	5.279
11	754.634	5.855

GAGE CALIBRATION FACTOR= 129.107 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.3408 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9998

VALUES ARE AVERAGED