PILE DYNAMICS, INC.



INIT _____

3/11/86 CAL
GAGE NO. 552C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.064	0.693
3	153.073	1.378
4	225.399	2.035
5	308.606	2.779
6	381.304	3.412
7	455.829	4.060
8	530.986	4.722
9	606.368	5.381
10	678.396	6.010
11	756.609	6.693

GAGE CALIBRATION FACTOR= 113.165 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.6398 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED