PILE DYNAMICS, INC.




INIT _____

3/11/86 CAL
GAGE NO. 553C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 81.157 | 0.740 |
| 3 | 158.476 | 1.475 |
| 4 | 232.032 | 2.178 |
| 5 | 302.644 | 2.842 |
| 6 | 387.229 | 3.617 |
| 7 | 454.636 | 4.237 |
| 8 | 509.933 | 4.737 |
| 9 | 604.244 | 5.618 |
| 10 | 681.302 | 6.325 |
| 11 | 754.932 | 7.009 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 107.711 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.8626 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED