PILE DYNAMICS, INC.

3/11/86 CAL GAGE NO. 554 C



INIT _____

3/11/86 CAL
GAGE NO. 554C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.890	0.675
3	156.948	1.352
4	232.628	2.007
5	305.513	2.623
6	381.230	3.254
7	451.245	3.837
8	543.954	4.620
9	603.163	5.128
10	679.066	5.778
11	752.361	6.389

GAGE CALIBRATION FACTOR= 117.906 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -1.6015 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED