
PILE DYNAMICS, INC.



INIT _____

3/20/86 CAL
GAGE NO. 570C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.930	0.669
3	156.207	1.331
4	230.582	1.966
5	304.211	2.597
6	375.418	3.197
7	458.293	3.893
8	529.127	4.494
9	601.414	5.104
10	675.491	5.728
11	752.327	6.374

GAGE CALIBRATION FACTOR= 117.969 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.5901 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED