
PILE DYNAMICS, INC.

3/20/86 CAL GAGE NO. 571 C



INIT _____

3/20/86 CAL
GAGE NO. 571C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.489	0.712
3	155.908	1.426
4	230.750	2.125
5	304.062	2.815
6	377.207	3.466
7	460.996	4.227
8	528.661	4.877
9	602.570	5.532
10	674.951	6.208
11	752.364	6.905

GAGE CALIBRATION FACTOR= 108.696 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = 0.5494 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED