
PILE DYNAMICS, INC.

3/20/86 CAL GAGE NO. 572 C



INIT _____

3/20/86 CAL
GAGE NO. 572C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.439	0.687
3	153.261	1.367
4	228.420	2.040
5	305.777	2.728
6	377.878	3.356
7	456.429	4.044
8	527.673	4.665
9	601.228	5.309
10	680.449	6.011
11	755.198	6.666

GAGE CALIBRATION FACTOR= 113.345 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -1.3238 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED