
PILE DYNAMICS, INC.

3/20/86 CAL GAGE NO. 573 C



INIT _____

3/20/86 CAL
GAGE NO. 573C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.191	0.626
3	155.368	1.246
4	228.625	1.865
5	304.808	2.501
6	377.095	3.087
7	458.237	3.720
8	528.418	4.297
9	602.439	4.890
10	681.866	5.542
11	756.074	6.157

GAGE CALIBRATION FACTOR= 122.768 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = 0.7619 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED