
PILE DYNAMICS, INC.

3/20/86 CAL GAGE NO. 574 C



INIT _____

3/20/86 CAL
GAGE NO. 574C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.216	0.698
3	150.706	1.377
4	231.647	2.111
5	299.774	2.727
6	378.144	3.430
7	452.417	4.095
8	525.610	4.748
9	599.138	5.405
10	674.901	6.093
11	748.243	6.746

GAGE CALIBRATION FACTOR= 110.992 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -1.5028 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED