
PILE DYNAMICS, INC.

3/20/86 CAL GAGE NO. 575 C



INIT _____

3/20/86 CAL
GAGE NO. 575C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.035	0.688
3	152.457	1.356
4	227.401	2.028
5	303.573	2.703
6	379.224	3.369
7	451.672	4.006
8	525.536	4.666
9	598.915	5.311
10	674.529	5.992
11	746.902	6.635

GAGE CALIBRATION FACTOR= 112.646 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.1843 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED