
PILE DYNAMICS, INC.

10/22/86 CAL GAGE NO. 576 C



INIT _____

10/22/86 CAL
GAGE NO. 576C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.298	0.823
3	156.004	1.582
4	231.604	2.353
5	306.347	3.098
6	379.563	3.828
7	458.329	4.608
8	527.262	5.286
9	602.192	6.024
10	663.863	6.628
11	754.136	7.521

GAGE CALIBRATION FACTOR= 100.589 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.8057 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED