
PILE DYNAMICS, INC.

3/27/86 CAL GAGE NO. 578 C



INIT _____

3/27/86 CAL
GAGE NO. 578C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	76.454	0.741
3	152.907	1.512
4	231.704	2.301
5	306.670	3.030
6	383.495	3.748
7	461.957	4.482
8	535.130	5.158
9	612.001	5.876
10	685.554	6.549
11	763.124	7.262

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.452 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ) = 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.9046 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9998

VALUES ARE AVERAGED