
PILE DYNAMICS, INC.

3/27/86 CAL GAGE NO. 580 C



INIT _____

3/27/86 CAL
GAGE NO. 580C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.968	0.781
3	155.566	1.512
4	227.650	2.218
5	320.206	3.038
6	381.562	3.650
7	459.205	4.377
8	534.785	5.065
9	605.940	5.713
10	685.331	6.443
11	762.324	7.140

GAGE CALIBRATION FACTOR= 106.910 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.1130 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED