
PILE DYNAMICS, INC.

3/27/86 CAL

GAGE NO. 581 C



INIT _____

3/27/86 CAL
GAGE NO. 581C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.726	0.722
3	157.518	1.445
4	230.365	2.107
5	314.702	2.860
6	384.016	3.473
7	458.834	4.131
8	530.639	4.753
9	607.725	5.429
10	686.633	6.124
11	761.896	6.799

GAGE CALIBRATION FACTOR= 112.405 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.7896 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED