
PILE DYNAMICS, INC.

3/27/86 CAL GAGE NO. 582 C



INIT _____

3/27/86 CAL
GAGE NO. 582C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.540	0.756
3	157.332	1.502
4	228.785	2.181
5	318.328	2.951
6	384.667	3.590
7	459.298	4.273
8	531.048	4.923
9	606.739	5.625
10	686.912	6.348
11	762.213	7.040

GAGE CALIBRATION FACTOR= 108.590 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.7025 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED