
PILE DYNAMICS, INC.

4/1/86 CAL GAGE NO. 583 C



INIT _____

4/1/86 CAL
GAGE NO. 583C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	74.515	0.686
3	149.960	1.395
4	226.707	2.101
5	307.394	2.840
6	375.589	3.467
7	459.734	4.251
8	535.886	4.953
9	613.004	5.663
10	688.449	6.350
11	762.816	7.041

GAGE CALIBRATION FACTOR= 108.373 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.4693 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED