
PILE DYNAMICS, INC.

4/1/86 CAL GAGE NO. 584 C



INIT _____

4/1/86 CAL.
GAGE NO. 584C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	73.883	0.720
3	148.492	1.478
4	229.031	2.237
5	307.822	3.025
6	371.777	3.687
7	460.367	4.505
8	537.187	5.235
9	613.711	5.974
10	689.249	6.687
11	763.578	7.401

GAGE CALIBRATION FACTOR= 103.177 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.6609 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED