
PILE DYNAMICS, INC.



INIT _____

4/1/86 CAL
GAGE NO. 585C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.911	0.753
3	143.475	1.324
4	232.679	2.166
5	304.940	2.840
6	379.670	3.531
7	451.744	4.195
8	531.598	4.931
9	604.906	5.606
10	680.272	6.291
11	746.324	6.804

GAGE CALIBRATION FACTOR= 108.172 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.7779 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED