
PILE DYNAMICS, INC.

4/1/86 CAL GAGE NO. 586 C



INIT _____

4/1/86 CAL
GAGE NO. 586C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.462	0.779
3	150.095	1.368
4	232.997	2.226
5	305.595	2.912
6	380.512	3.615
7	454.026	4.274
8	532.327	5.020
9	605.374	5.701
10	680.459	6.398
11	741.686	7.005

GAGE CALIBRATION FACTOR= 106.061 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.2762 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED