
PILE DYNAMICS, INC.

4/1/86 CAL

GAGE NO. 587 C




INIT _____

4/1/86 CAL
GAGE NO. 587C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 77.797 | 0.729 |
| 3 | 153.162 | 1.436 |
| 4 | 229.089 | 2.146 |
| 5 | 306.100 | 2.836 |
| 6 | 379.707 | 3.483 |
| 7 | 455.223 | 4.131 |
| 8 | 529.167 | 4.768 |
| 9 | 607.263 | 5.438 |
| 10 | 681.917 | 6.065 |
| 11 | 757.283 | 6.697 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 113.259 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -8.7679 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9998

VALUES ARE AVERAGED