
PILE DYNAMICS, INC.

4/1/86 CAL

GAGE NO. 588 C



INIT _____

4/1/86 CAL
GAGE NO. 588C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.881	0.760
3	155.836	1.500
4	231.202	2.249
5	307.035	2.986
6	378.997	3.687
7	453.670	4.391
8	529.877	5.079
9	607.300	5.805
10	682.441	6.489
11	757.302	7.179

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.307 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.8790 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED