
PILE DYNAMICS, INC.

4/11/86 CAL GAGE NO. 589 C



INIT _____

4/11/86 CAL
GAGE NO. 589C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.580	0.761
3	157.779	1.507
4	232.098	2.192
5	306.977	2.868
6	382.713	3.544
7	455.727	4.192
8	533.478	4.883
9	604.812	5.530
10	678.870	6.188
11	755.055	6.873

GAGE CALIBRATION FACTOR= 110.395 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -6.1261 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED