
PILE DYNAMICS, INC.

4/11/86 CAL GAGE NO. 590 C



INIT _____

4/11/86 CAL
GAGE NO. 590C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.035	0.775
3	156.641	1.513
4	231.818	2.227
5	305.913	2.917
6	379.654	3.578
7	454.048	4.248
8	518.872	4.823
9	602.313	5.573
10	677.154	6.245
11	752.462	6.930

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.035 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -6.7034 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED