
PILE DYNAMICS, INC.

4/14/86 CAL GAGE NO. 593 C



INIT _____

4/14/86 CAL
GAGE NO. 593C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.890	0.806
3	155.465	1.576
4	234.016	2.368
5	312.306	3.102
6	396.622	3.879
7	460.816	4.466
8	537.284	5.156
9	610.479	5.824
10	688.397	6.539
11	759.621	7.191

GAGE CALIBRATION FACTOR= 106.221 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -10.0228 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9997

VALUES ARE AVERAGED